

Утверждаю: Главный метролог ЗАО «ИВК-Саяны»


подпись

Епишкин П.В.
расшифровка

Акт № 007 от «18» октября 2013 г.

**калибровки измерителя ИНДИВИД (регистрационный номер 51791-12 в Государственном реестре средств измерений)
для определения поправочного коэффициента соответствующего модели отопительного прибора
в соответствии с описанием типа средства измерения и методикой калибровки**

Данные отопительного прибора:

Производитель: ООО «САНТЕХПРОМ»

Почтовый адрес: 107497, г. Москва, ул. Амурская 9/6

Тел. +7 (495) 462-2119

Модель: «Универсал» КСК-20-МТ-К

Средства испытания: Установка калибровки измерителей УИ-07

Крепление измерителя: На терморегуляторе отопительного прибора, использовался КМЧ №6.
(Схема крепления измерителя приведена в Приложении А к настоящему документу)

Результаты испытаний

Значение коэффициента k для отопительных приборов «Универсал» КСК-20-МТ-К для измерителей ИНДИВИД-1 и ИНДИВИД-1 РМД составляет 0,0310.

Значение суточного коэффициента n для отопительных приборов «Универсал» КСК-20-МТ-К для измерителей ИНДИВИД-1 и ИНДИВИД-1 РМД составляет 1,15.

Формула для определения энергии на основе показаний измерителя: $Q_{\text{ИНДИВИД}} = \sum V^n * k * P$

где V – разность показаний измерителя за 24 часа (ежесуточное приращение энергии),

P – паспортная мощность отопительного прибора,

k и n – соответственно, коэффициенты, определенные в данном Акте.

Ответственный за калибровку:


подпись

Иванов А.А.
расшифровка



Дата: 18.10.2013

Фотография отопительного прибора



Схема подключения

