Утверждаю: Главный метролог ЗАО «ИВК-Саяны»

_____ Епишкин П.В.
подпись расшифровка

Акт № 015 от «18» декабря 2013 г.

калибровки измерителя ИНДИВИД (регистрационный номер 51791-12 в Государственном реестре средств измерений) для определения поправочного коэффициента соответствующего модели отопительного прибора в соответствии с описанием типа средства измерения и методикой калибровки

Данные отопительного прибора:

Производитель: ООО «Монтаж ЗП»
Адрес: 143433, Московская обл., Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Новая, строение 1
E-mail: 5660633@gmail.com

Модель: КСК-20 СТ

Средства испытания: Установка калибровки измерителей УИ-07

На калаче отопительного прибора, использовался КМЧ №4.
(Схема крепления измерителя приведена в Приложении А к настоящему документу)

Фотография отопительного прибора

Результаты испытаний

Значение коэффициента k для отопительных приборов КСК-20 СТ для измерителей ИНДИВИД-1 и ИНДИВИД-1 РМД составляет 0,091.

Ответственный за калибровку: _____ Иванов А.А.
подпись расшифровка

Дата: 18.12.2013

Схема подключения