

Утверждаю: _____ Главный метролог ЗАО «ИВК-Саяны»


_____ подпись

_____ Епишкин П.В.
расшифровка

Акт № 016 от «24» декабря 2013 г.

**калибровки измерителя ИНДИВИД (регистрационный номер 51791-12 в Государственном реестре средств измерений)
для определения поправочного коэффициента соответствующего модели отопительного прибора
в соответствии с описанием типа средства измерения и методикой калибровки**

Данные отопительного прибора:

Производитель: «COSKUNOZ RADYATOR VE ISI SANAYI TIC A.S.»

Адрес: Nilufer Sanayi Bolgesi Minareli Cavus Koyu Mevkii Ozluce Cad.

No: 8 16140 Bursa - TURKIYE, Турция.

E-mail: info@coskunuz.com.tr

Модель: RhinoTherm RTK11 05

Значение температурного напора (температурные режимы) при паспортной мощности:

$\Delta T=60^{\circ}\text{C}$ (90/70/20)

Средства испытания: Установка калибровки измерителей УИ-07

Крепление измерителя: 75% высоты отопительного прибора от нижнего края, КМЧ №4.
(Схема крепления измерителя приведена в Приложении А к настоящему документу)

Фотография отопительного прибора



Результаты испытаний

Значение коэффициента k для отопительных приборов RhinoTherm RTK11 05 для измерителей ИНДИВИД-1 и ИНДИВИД-1 РМД составляет 0,0893.

Ответственный за калибровку: _____


_____ подпись

Иванов А.А.

расшифровка



Дата: 24.12.2013

Схема подключения

